



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PS3/1
Marca:	DANFOSS
Modelo:	RT200
S/N:	-
Rango:	SUB 2,9 Kg/cm2 BAJ 2,5 Kg/cm2

Información de calibración	
N° de Acta	30900115
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	24/7/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2,500	2,500	2,500	2,500
	Patron	2,510	2,510	2,510	2,510
	Error %	0,398	0,398	0,398	0,398
Reposicion	Valor buscado	2,900	2,900	2,900	2,900
	Patron	2,900	2,900	2,900	2,900
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA