



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-CWS
Marca:	Danfoss
Modelo:	RT110
S/N:	
Rango:	BAJ 2 Bar

Información de calibración	
N° de Acta	30900186
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2024
Fluido de prueba	Agua
Ciente	RENOVA

Patrones utilizados

Certificado	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
23661	WIKA	CPG-1500	1A0130B4THO	22/3/2024
F9586023	FLUKE	754	63830017	21/12/2023

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	2.000	2.000	2.000	2.000
	Patron	2.050	2.050	2.050	2.050
	Error %	2.439	2.439	2.439	2.439
Reposicion	Valor buscado	2.090	2.090	2.090	2.090
	Patron	2.090	2.090	2.090	2.090
	Error %	0.000	0.000	0.000	0.000



Resultado: ☒ Apto ☐ No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico PABLO RODRIGUEZ Revisado L. GUEMBERENA