



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	SME
Tag:	LEL-8A
Marca:	SENSOR ELECTRONICS
Modelo:	MILLENIUM
S/N:	N/I
Rango:	0 a 100 % LEL

Información de calibración	
N° de Acta	30150122
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	10/2/2025
Fluido de prueba	Pentane 075% (50% LEL)
Cliente	BUNGE TANCACHA

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021
	MSA		402361173	

UNIDAD: LEL

Inicial	0,000	48,430
Final	0,000	48,430
Patrón	0,000	48,430
Error P1 %	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,010	11,750
Final	4,010	11,750
Patrón	4,010	11,750
Error mA %	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA