



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Transmisor de Temperatura
Tag:	RM-FSP-BM-ST-TT1
Marca:	ENDRESS HAUSER
Modelo:	D 87484
S/N:	P403EB232FD
Rango:	0 A 200 °C


Información de calibración	
N° de Acta	3000600012
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	8/1/2021
Fluido de prueba	-
Cliente	BRIMAX

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-UI-01	DRUK	PM 620IS	3659498	16/11/2020

UNIDAD: °C

Inicial	51,000	101,000	150,000	203,000	150,000	101,000	51,000
Final	51,000	101,000	150,000	203,000	150,000	101,000	51,000
Patron	50,000	100,000	150,000	200,000	150,000	100,000	50,000
Error %	-2,000	-1,000	0,000	-1,500	0,000	-1,000	-2,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA