



Informe de calibracion de Instrumentos


Instrumento calibrado	
Tipo:	HORQUILLA VIBRANTE
Tag:	ALUMINIO no TAG
Marca:	E+H
Modelo:	LIQUIPANTH M
S/N:	M600C301028
Rango:	-

Información de calibración	
N° de Acta	9303600007
Procedimiento:	PRUEBA
Fecha:	7/1/2022
Fluido de prueba	N/A
Ciente	BRIMAX

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
FLIX-UI-01	DRUCK	PM 620IS	3659498	14/12/2020

Activacion	
	ok
Reposicion	
	ok



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento $k=2$ correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA