



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-56
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400040
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	16/12/2022
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-20,000	3,000	49,000
Final	-20,000	3,000	49,000
Patron	-19,000	2,900	50,000
Error %	-5,263	-0,100	2,000



Observaciones:

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA