



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	
Tag:	VNT-NTC-057
Marca:	
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	-50° a 50°


Información de calibración	
N° de Acta	191271
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	7/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-19,900	0,800	48,700	0,800	-19,900
Final	-19,900	0,800	48,700	0,800	-19,900
Patron	-23,500	2,100	50,300	2,100	-23,500
Error %	15,319	1,300	3,181	1,300	15,319



Resultado:

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA