



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-47
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191280
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	29/12/2020
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,100	-0,500	-58,200
Final	-17,100	-0,500	-58,200
Patron	-20,000	0,000	-60,000
Error %	14,500	0,500	3,000



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA