



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	14
Marca:	LUFT
Modelo:	ET690
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191320
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,000	2,300	42,700
Final	-17,000	2,300	42,700
Patron	-18,000	1,000	43,600
Error %	5,556	-1,300	2,064



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO