



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-012
Marca:	
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191304
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-17,000	3,000	44,500
Final	-17,000	3,000	44,500
Patron	-18,600	2,500	44,000
Error %	8,602	-0,500	-1,136



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO