



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	03
Marca:	LUFT
Modelo:	ET690
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191309
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	21/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-15,400	1,400	45,200
Final	-15,400	1,400	45,200
Patron	-17,300	0,400	43,700
Error %	10,983	-1,000	-3,432



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO