



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-32
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 a 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	30400022
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	20/10/2023
Fluido de prueba	N/A
Cliente	SWIFT V.T.

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2022

Variable: °C

Inicial	-19,600	20,000	49,600
Final	-19,600	20,000	49,600
Patron	-20,300	19,800	50,000
Error %	-0,700	-0,200	0,800



Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico R MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA