



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-30
Marca:	NUOVA FIMA
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 150 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191270
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	18,000	79,800	148,900	79,800	18,000
Final	18,000	79,800	148,900	79,800	18,000
Patron	18,000	80,100	149,700	80,100	18,000
Error %	0,000	0,375	0,534	0,375	0,000



Observaciones:

Técnico LUCAS VILFAFAÑE

Revisado L. GUEMBERENA