



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	4
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120°C


Información de calibración	
N° de Acta	1191277
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	11,500	60,000	118,500	60,000	11,500
Final	11,500	60,000	118,500	60,000	11,500
Patron	11,400	60,300	119,800	60,300	11,400
Error %	-0,877	0,498	1,085	0,498	-0,877



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA