



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-02
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191263
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	17,500	79,700	118,600	79,700	17,500
Final	17,500	79,700	118,600	79,700	17,500
Patron	18,000	80,400	119,400	80,400	18,000
Error %	2,778	0,871	0,670	0,871	2,778



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA