



## Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	VNT-BMP-14
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120 °C


Información de calibración	
N° de Acta	1191268
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	13/7/2021
Fluido de prueba	N/A

### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	17,200	79,900	118,900	79,900	17,200
Final	17,200	79,900	118,900	79,900	17,200
Patron	17,200	80,000	120,100	80,000	17,200
Error %	0,000	0,125	0,999	0,125	0,000



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA