



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-013
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191295
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-14,000	-1,000	39,300
Final	-14,000	-1,000	39,300
Patron	-16,200	0,600	42,000
Error %	13,580	1,600	6,429



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO