



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-46
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191277
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	28/12/2020
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	-16,700	-1,200	58,500
Final	-16,700	-1,200	58,500
Patron	-20,000	0,000	-60,000
Error %	16,500	1,200	197,500



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA