



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-035
Marca:	
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 60 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191298
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-15,200	1,000	43,000
Final	-15,200	1,000	43,000
Patron	-17,300	1,400	44,000
Error %	12,139	0,400	2,273



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO