



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Alcohol
Tag:	VNT-TA-005
Marca:	-
Modelo:	-
S/N:	S/D
Rango:	-40 / 50 °C


Información de calibración	
N° de Acta	191290
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	14/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	15/12/2020

Variable: °C

Inicial	-20,000	2,200	41,000
Final	-20,000	2,200	41,000
Patron	-23,500	1,000	44,900
Error %	14,894	-1,200	8,686



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. URBANO