



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Termometro Bimetalico
Tag:	14
Marca:	CENI
Modelo:	
S/N:	S/D
Rango:	0 a 120°C


Información de calibración	
N° de Acta	1191287
Procedimiento:	Contraste
Fecha:	22/7/2021
Fluido de prueba	N/A

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	DRUCK	DPI620-IS CE	35057666	14/12/2020

Variable: °C

Inicial	14,500	59,500	120,000	59,500	14,500
Final	14,500	59,500	120,000	59,500	14,500
Patron	15,100	60,400	120,700	60,400	15,100
Error %	3,974	1,490	0,580	1,490	3,974



Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA