

Flix Instrumentacion  
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
 Tel: 0341-152107596



### Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	
Marca:	IOP MARINE
Modelo:	EN 837-1
S/N:	160129972
Rango:	0 a 1000 Bar


Información de calibración	
N° de Acta	30800049
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	2/6/2022
Fluido de prueba	H2O
Cliente:	SECCO

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibrado
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2020

#### Variable: Bar

Inicial	0,000	310,000	510,000	810,000	1000,000	810,000	510,000	310,000	0,000
Final	0,000	310,000	510,000	810,000	1000,000	810,000	510,000	310,000	0,000
Patron	0,000	300,000	500,000	800,000	1000,000	800,000	500,000	300,000	0,000
Error %	0,000	-3,333	-2,000	-1,250	0,000	-1,250	-2,000	-3,333	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA