



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Presostato
Tag:	PSL-132
Marca:	ALRE
Modelo:	-
S/N:	-
Rango:	SUB 4 mBar BAJ 2 mBar

Información de calibración	
N° de Acta	30900100
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	14/4/2023
Fluido de prueba	AIRE
Cliente	BUNGE PSM

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Druck	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

	Repeticion N°	1	2	3	4
Activacion	Valor buscado	4,000	4,000	4,000	4,000
	Patron	4,000	4,000	4,000	4,000
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000
Reposicion	Valor buscado	1,940	1,940	1,940	1,940
	Patron	1,940	1,940	1,940	1,940
	Error %	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico RODRIGO MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA