

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24 - Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Valvula de Alivio

<b>Cliente: Bunge Puerto</b>	<b>N° de Certificado: 21300267</b>
------------------------------	------------------------------------

Informacion del elemento:

Tag:	TK-2668-A
Marca:	PEFOW
Modelo:	N/A
S/N:	
SET: VACIO	22 mm h2o

Material del cuerpo:	ALUMINIO
Tipo de conexión:	BRIDA
Entrada:	2"
Salida:	
Fluido de operacion:	Nitrogeno

### Patrones utilizados

CERTIFICADO	Marca	Modelo	N°Serie	Calibracion
	Wika	CPG1500	1A013B4THO	25/5/2024

### Prueba Final y Calibracion:

Presion de apertura	22	mmh2o
"POP"	22	mmh2o
Cierre	22	mmh2o

Fluido de Prueba:	Nitrógeno
Temperatura:	25°
Resultado:	Sin Perdida
Fecha del Ensayo:	14/3/2025
N° de Precinto	



Técnico DANIEL CAPPELLO

LISANDRO GUEMBERENA  
Ingeniero Industrial  
Mat. 2-4957-2

Revisado L. GUEMBERENA