

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



## Informe de calibracion de Instrumentos

| Instrumento calibrado |               |
|-----------------------|---------------|
| Tipo:                 | Manometro     |
| Tag:                  | PI-02         |
| Marca:                | WINTERS       |
| Modelo:               | -             |
| S/N:                  | -             |
| Rango:                | 0 a 20 Kg/cm2 |


| Información de calibración |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| N° de Acta                 | 30800058                |
| Procedimiento:             | Contraste y Calibracion |
| Fecha:                     | 26/4/2023               |
| Fluido de prueba           | AIRE                    |
| Cliente:                   | Protergium              |

### Patrones utilizados

| Tag | Marca | Modelo       | NºSerie | Calibrado  |
|-----|-------|--------------|---------|------------|
|     | Druck | DPI620-IS CE | 3505766 | 14/12/2020 |
|     |       |              |         |            |
|     |       |              |         |            |

Variable: Kg/cm2

|         |       |        |        |        |        |        |        |        |       |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Inicial | 0,000 | 5,000  | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000  | 0,000 |
| Final   | 0,000 | 5,000  | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000  | 0,000 |
| Patron  | 0,000 | 4,910  | 10,020 | 15,090 | 20,080 | 15,090 | 10,020 | 4,910  | 0,000 |
| Error % | 0,000 | -1,833 | 0,200  | 0,596  | 0,398  | 0,596  | 0,200  | -1,833 | 0,000 |



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico R. MAGALLANES

Revisado L. GUEMBERENA