



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	SME
Tag:	SME IT99
Marca:	Honeywell
Modelo:	Optima plus
S/N:	Z0176519350295
Rango:	0 a 100 % LEL

Información de calibración	
N° de Acta	30150008
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	21/9/2021
Fluido de prueba	Metano en N2 a 50% LEL
Cliente	LDC Timbues

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibracion
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021
	MSA		466193	

UNIDAD: LEL

Inicial	0,000	50,000
Final	0,000	50,000
Patrón	0,000	50,000
Error P1 %	0,000	0,000

UNIDAD: mA

Inicial	4,100	11,990
Final	4,100	11,990
Patrón	4,100	11,990
Error mA %	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: incertidumbre 0,4 El valor de la incertidumbre expandida fue calculado multiplicando la incertidumbre estandar combinada por el factor de cubrimiento k=2 correspondiente a un nivel aproximado de confianza del 95 %

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA