

Flix Instrumentacion
 Guido Spano 24, Fray Luis Beltran
 Tel: 0341-152107596



Informe de calibracion de Instrumentos

Instrumento calibrado	
Tipo:	Manometro
Tag:	PLAYA TK
Marca:	WIKA
Modelo:	
S/N:	897039 2641
Rango:	0 A 600 mBar


Información de calibración	
N° de Acta	3000100030
Procedimiento:	Contraste y Calibracion
Fecha:	23/3/2021
Fluido de prueba	AIRE
Cliente:	EVONIK

Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	NºSerie	Calibrado
	DRUCK	DPI620-IS CE	3505766	14/12/2021

Variable: bar

Inicial	0,000	150,000	300,000	450,000	600,000	450,000	300,000	150,000	0,000
Final	0,000	150,000	300,000	450,000	600,000	450,000	300,000	150,000	0,000
Patron	0,000	150,000	300,000	450,000	600,000	450,000	300,000	150,000	0,000
Error %	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones:

Técnico LUCAS VILLAFANE

Revisado L. GUEMBERENA